



Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico "G. Martino" – Messina
C.F.-P.IVA 03051890832
Sito internet aziendale: www.polime.it

Oggetto: Procedura aperta telematica per la fornitura in noleggio con assistenza full risk della durata di 60 mesi di n. 6 cardiocografi cardiologici portatili. Gara n. 7750803 - CIG 8286054C10.
Provvedimento di esclusione.

Il Responsabile del Procedimento

VISTA la delibera n. 590 del 17.04.2020, con la quale è stata autorizzata l'indizione della procedura aperta telematica sopra soglia comunitaria per la fornitura in noleggio con assistenza full risk della durata di 60 mesi di n. 6 cardiocografi cardiologici portatili. CIG 8274233114. Base d'asta € 400.000,00 IVA esclusa;

VISTO il provvedimento n. 13 del 10.06.2020, con il quale è stato nominato il Seggio di gara;

VISTO il verbale della seduta riservata della Commissione Tecnica del 22/07/2020 che, in merito all'offerta tecnica presentata dalla ditta WEMED s.r.l. ha espresso le seguenti valutazioni:

"- Relativamente alla caratteristica richiesta, "Monitor da almeno 15" tipo led, touch-screen ad alta risoluzione, integrato, non interlacciato", dal capitolato tecnico della macchina oggetto di offerta si evince che sono presenti n.2 monitor dei quali uno da 15,6" LCD non touch-screen e uno da 12,3" touch-screen dedicato al controllo della funzionalità. Si ritiene che, facendo anche seguito al chiarimento specificatamente richiesto a tal proposito il 29 maggio 2020, la caratteristica di cui trattasi è da considerarsi "imprescindibile della strumentazione richiesta".

- Per quanto riguarda la caratteristica richiesta, "Triplex mode su tutte le sonde, anche con CW", risulta dalla documentazione agli atti che la funzione Triplex mode non è presente con la modalità CW su tutte le sonde ma soltanto sulla Phased array. Inoltre quando è attivo il tracciato Doppler, "si rende necessario aggiornare l'immagine 2D..." e ciò non è rispondente alle caratteristiche del Triplex mode che prevede l'aggiornamento in tempo reale battito dopo battito delle tre diverse modalità di registrazione senza alcun intervento da parte dell'Operatore."

VISTO il verbale della seduta pubblica di gara del 28 luglio 2020, pubblicato sul profilo del committente, alla Sezione Bandi e gare;

CONSIDERATO che dal predetto verbale risulta che il Seggio di gara, in esito alla valutazione effettuata dalla Commissione Tecnica, ha ritenuto di dover escludere l'offerta presentata dalla ditta WEMED s.r.l. in quanto mancante dei requisiti tecnici richiesti.

VISTI gli artt. 29 e 76 del D.Lgs. n. 50/2016,

DISPONE

- l'esclusione dalla procedura in oggetto della concorrente **WEMED s.r.l.**, per le motivazioni di cui in premessa, che si richiamano integralmente;
- di provvedere, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, alla pubblicazione del presente provvedimento di esclusione sul profilo del committente www.polime.it – Sezione Bandi e Gare;
- di dare avviso al concorrente del presente provvedimento di esclusione e dell'avvenuta pubblicazione del medesimo sul profilo del committente;
- di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. competente, entro trenta giorni decorrenti dalla notifica del provvedimento.

Messina, 28 luglio 2020

Il Responsabile del procedimento
dott.ssa Veronica Nicosia

